



Instrumente und Zubehör

für die Hydrochirurgie




Wichtige Hinweise

Die Erbe Elektromedizin GmbH hat größtmögliche Sorgfalt auf die Erstellung des Zubehörkatalogs verwandt. Dennoch können Fehler nicht völlig ausgeschlossen werden.

Die im Katalog enthaltenen Informationen und Empfehlungen begründen keine Ansprüche gegen die Erbe Elektromedizin GmbH. Sollte sich eine Haftung aus zwingenden gesetzlichen Bestimmungen ergeben, so beschränkt sich diese auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Die Angaben über den Gebrauch der Instrumentarien beruhen auf klinischen Erfahrungen. Infolge von Forschung und klinischen Erfahrungen sind die Produkte ständigen Entwicklungen in Technik und Design unterworfen. Außerdem können aufgrund von Fertigungstoleranzen die Maßangaben im Katalog geringfügig abweichen.

Weitere Produkthinweise



Bitte lesen Sie vor Gebrauch den zugehörigen Verwendungshinweis.

Hydrochirurgie

Instrumente und Zubehör

- 03 Hybrid-Instrumente
- 06 Applikatoren und Sonden
- 08 Zubehör für ERBEJET 2
- 09 Zubehör für ESM 2
- 11 Gerätewagen und Zubehör

Hybrid-Instrumente

HybridKnife, T-Typ, Vollstrahl, ø 2,3 mm, Länge 1,9 m

mit Anschlussstecker International (3-Pin)



No. 20150-060

= 5

2.5 kVp

30150-116



STERILE EO

HybridKnife, I-Typ, Vollstrahl, ø 2,3 mm, Länge 1,9 m

mit Anschlussstecker International (3-Pin)



No. 20150-061

= 5

2.5 kVp

30150-116



STERILE EO

HybridKnife, O-Typ, Vollstrahl, ø 2,3 mm, Länge 1,9 m

mit Anschlussstecker International (3-Pin)



No. 20150-062

= 5

0.99 kVp

30150-116



STERILE EO

Instrumente und Zubehör

Hybrid-Instrumente

HYBRIDknife flex T-Type, Elektrode 1,5 mm, ø 2,6 mm, Länge 2,3 m

mit Anschlussstecker International (3-Pin)



No. 20150-110



= 5

4.5 kVp



30150-169



STERILE EO

HYBRIDknife flex T-Type, Elektrode 2,0 mm, ø 2,6 mm, Länge 2,3 m

mit Anschlussstecker International (3-Pin)



No. 20150-111



= 5

4.5 kVp



30150-169



STERILE EO

HYBRIDknife flex I-Type, Elektrode 1,5 mm, ø 2,6 mm, Länge 2,3 m

mit Anschlussstecker International (3-Pin)



No. 20150-112



= 5

4.5 kVp



30150-169



STERILE EO

HYBRIDknife flex I-Type, Elektrode 2,0 mm, ø 2,6 mm, Länge 2,3 m

mit Anschlussstecker International (3-Pin)



No. 20150-113



= 5

4.5 kVp



30150-169



STERILE EO

Instrumente und Zubehör

Hybrid-Instrumente

HybridAPC, ø 2,3 mm, Länge 1,9 m



No. 20150-015



= 5

4.3 kVp



30150-147



STERILE EO

Applikator, gerade, mit monopolarer HF-Funktion, ø 6 mm, Länge 80 mm

mit Absaugung, z.B. für die Leberchirurgie



No. 20150-036



= 5

2.5 kVp



30150-205



STERILE EO

Instrumente und Zubehör

Applikatoren und Sonden

Applikator, Spitze gebogen, ø 5 mm, Länge 183 mm

z.B. für die Urologie



No. 20150-025



 30150-000



STERILE EO

Applikator, Spitze gebogen, ø 5 mm, Länge 336 mm

z.B. für die Laparoskopie



No. 20150-026



 30150-000



STERILE EO

Applikator, gerade, ø 6 mm, Länge 65 mm

mit Absaugung, z.B. für die Leberchirurgie



No. 20150-030



 30150-000



STERILE EO

Applikator, flexible Spitze, ø 6 mm, Länge 65 mm

mit Absaugung, z.B. für die Leberchirurgie



No. 20150-031



 30150-000



STERILE EO

Applikator, gerade, ø 6 mm, Länge 306 mm

mit Absaugung, z.B. für TME



No. 20150-038



 30150-000



STERILE EO

Applikatoren und Sonden

Applikator, gerade, ø 6 mm, Länge 180 mm

mit Absaugung, z.B. für TME



No. 20150-039



 30150-000



STERILE EO

Applikator, bajonett, ø 2,8 mm, Länge 90 mm

mit Absaugung



No. 20150-041



 30150-000



STERILE EO

Flexible Sonde, ø 1,3 mm, Länge 2,2 m

z.B. für die flexible Endoskopie



No. 20150-020



 30150-000



STERILE EO

Instrumente und Zubehör

Zubehör für ERBEJET 2

Pumpeneinheit plus für ERBEJET 2



No. 20150-301

= 5

30150-400



STERILE EO

ERBEJET 2 ReMode Einpedal-Fußschalter, AP & IP X8 Equipment



No. 20150-101

= 1

30150-100

max 75 °C



ERBEJET 2 ReMode Zweipedal-Fußschalter, AP & IP X8 Equipment



No. 20150-100

= 1

30150-100

max 75 °C



Weiteres Zubehör für Fußschalter	Stück	No.
Schutzbügel für VIO Zweipedal-Fußschalter	1	20189-306
Kabel für ERBEJET 2 Fußschalter, Länge 5 m	1	20150-104

Netzleitungen für VIO, ERBEJET 2, ERBECRYO 2, ESM 2, IES 3, EIP 2	Land	Internationale Bezeichnung	Länge	No.
Netzkabel 10 A	Deutschland	E+F	2,5 m	52704-037
Netzkabel 10 A	Großbritannien	G	2,5 m	52704-038
Netzkabel 15 A	Kanada	B	4 m	52704-039
Netzkabel 10 A	Italien	L	2,5 m	52704-040
Netzkabel 10 A	Deutschland	E+F	5 m	52704-042
Netzkabel 10 A	Großbritannien	G	5 m	52704-043
Netzkabel 10 A	Italien	L	5 m	52704-045
Netzkabel 10 A	Deutschland	Cart	0,5 m	52704-046
Netzkabel 10 A	China	I	4 m	52704-050
Netzkabel 10 A	Brasilien	I	4 m	52704-051
Netzkabel 10 A	Schweiz	J	4 m	52704-052
Netzkabel 10 A	Dänemark	K	4 m	52704-053
Netzkabel 10 A	International	N	4 m	52704-054
Netzkabel 10 A	Korea	E+F	5 m	52704-057
Netzkabel 10 A	Israel	H	5 m	52704-058
Netzkabel 10 A	Australien	I	5 m	52704-075

Instrumente und Zubehör

Zubehör für ESM 2

Absaugbehälter, 1,5 Liter



Verwendung mit Absaugbeutel 20340-012

No. 20340-102

 = 1

Absaugbeutel, 1,5 Liter



Verwendung mit Absaugbehälter 20340-102

No. 20340-012

 = 30



Absaugbeutel, 2,5 Liter



Verwendung mit Absaugbehälter 20340-103

No. 20340-013

 = 30



Instrumente und Zubehör

Zubehör für ESM 2

Membranfilter für ESM



Verwendung mit Silikonschlauch 20340-004

No. 20340-100

 = 10



Silikonschlauch, Länge 600 mm



No. 20340-004

 = 1

 max 95 °C

 max 134 °C

Schienenklemme, Kunststoff



Verwendung mit Absaugbehälter 20340-102 und 20340-103

No. 20340-002

 = 1

Umschaltventil, Schienenklemme und zwei Silikonschläuchen, Länge 300 mm



No. 20340-003

 = 1

 max 95 °C

 max 134 °C

Verbindungskabel

ECB-Verbindungskabel für ERBEJET 2, Länge 0,45 m

No.

51709-008

Befestigungssätze

Befestigungssatz EIP 2 / ESM 2 an VIO CART 20180-000

No.

20180-135

Gerätewagen und Zubehör

VIO CART, Systemträger für VIO-Familie und Module



Maße: 630 x 940 x 650 mm (BxHxT)
Gewicht: 31 kg
4 gebremste Lenkrollen ø 100 mm
1 Netzeingang
3 Netzabgänge

Inkl. folgendem Zubehör:
1 Haltegriff aus Edelstahl
2 Kabelhalterungen
1 Fußschalterhalterung (für aktuelle Fußschalter)

No. 20180-000

= 1

80180-018



Weiteres Zubehör für VIO CART

	No.
Drahtkorb, 339 x 100/155 x 205 mm (BxHxT)	20180-010
Kabelhalterung	20180-020
Halterung für VIO CART, oben, Länge 260 mm	20180-040
Halterung für VIO CART, unten, Länge 390 mm, zur Verwendung der Sekretabsaugung	20180-042
Befestigungssatz VIO D/S / APC 2 / ERBEJET 2 auf VIO CART 20180-000	20180-131
Befestigungssatz EIP 2 / ESM 2 an VIO CART 20180-000	20180-135
Befestigungssatz VIO® D / VIO® S / APC 2 auf ERBEJET® 2 / ERBECRYO® 2	20150-050

SystemCarrier performance, Systemträger für Erbe Geräte und Module



Maße: 650 x 924 x 633 mm (BxHxT)
Gewicht: 28 kg
Interne Gasflaschenablage
4 ableitfähige, gebremste Lenkrollen
1 Netzeingang
5 Netzabgänge

No. 20180-110

= 1



Optionales Zubehör für SystemCarrier performance

	No.
Einpedal-Fußschalteraufnahme, VIO®/ERBEJET® 2/ERBECRYO® 2 Fußschalter	20180-463
Kabelhalterung für Netzleitung	20180-460
Haken zur Kabelaufnahme	20180-465
Haken für Spülbeutel an Halterung	20325-002
Befestigungsschiene für Absaugbehälter (kann auf dem ESM 2 selbst oder dem SystemCarrier-Korpus montiert werden)	20180-509
Zubehörkorb für SystemCarrier performance	20180-520
Drahtkorb	20180-010
Befestigungssatz Gerät für VIO®/APC/ERBEJET® 2/ERBECRYO® 2 auf SystemCarrier performance	20180-150
Befestigungssatz ESM 2 auf SystemCarrier performance	20180-511
Befestigungssatz VIO® 3/VIO® 3n/VIO® seal/APC 3 auf ERBEJET® 2/ERBECRYO® 2	20180-144
Befestigungssatz VIO® D/VIO® S/APC 2 auf ERBEJET® 2/ERBECRYO® 2	20150-050
Befestigungssatz VIO® D/VIO® S auf APC 2	20180-134

Important information

The information, recommendations and other details contained in this medium ("information") reflect our state of knowledge and the state of the art in science and technology at the time the medium was created. The information is of a general nature, non-binding and intended solely for general information purposes; it does not constitute instructions for use.

The information and recommendations contained in this medium do not create any legal obligations on the part of Erbe Elektromedizin GmbH and its affiliated companies ("Erbe") or any other claims against Erbe. The information does not constitute any guarantees or other information on the nature of the product; such information requires an express contractual agreement with Erbe in each individual case.

Erbe is not liable for any kind of damage resulting from following the information on this medium, regardless of any legal grounds for liability.

Every user of an Erbe product is responsible for testing the respective Erbe product in advance with regard to its properties and its suitability for the intended type of use or purpose. Suitable type of use of the respective Erbe product can be found in the instructions for use for the respective Erbe product. The user is obliged to ascertain whether the instructions for use available to him/her correspond to the current status of the specific Erbe product. Devices may only be used in accordance with the instructions for use.

Information on settings, application sites, application duration and use of the respective Erbe product is based on the clinical experience of individual centers, physicians and clinical literature independent of Erbe as well as post market surveillance and empirical evidence. They constitute reference values, or Experienced Starting Settings, which must be checked by the user to ensure that they are suitable for the specifically planned application. Depending on the circumstances of a specific application, it may be necessary to deviate from the information provided. The user is responsible for checking this when using Erbe products. We wish to note that science and technology are subject to constant development as a result of research and clinical experience. Similarly, medicine and clinical application are constantly evolving as a result of research and technological development. This may also make it necessary for the user to deviate from the information provided on this medium.

This medium contains information about Erbe products that may not be approved/cleared in certain countries. The user of the respective Erbe product is obliged to inform himself/herself as to whether the Erbe product he/she is using is legally approved/cleared in his/her country and/or to what extent, if any, there are legal requirements for or restrictions on its use.

This medium is not intended for use in the USA.

Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhörnlestraße 17
72072 Tübingen
Deutschland

Tel +49 7071 755-0
info@erbe-med.com
erbe-med.com
medical-videos.com